

## Гуандун Гармоник Медикал Ко., Лтд

### Руководство

### Лабораторный электрический мотор STONE 102EM

#### 1. Общая информация

Данный электрический мотор предназначен для работы в зуботехнических лабораториях для обработки металлических, гипсовых и керамических конструкций.

#### 2. Инструкция по безопасности

Пользователь должен убедиться, что оборудование исправно, работает правильно перед каждым использованием.

Данное оборудование предназначено только для использования в зуботехнических лабораториях квалифицированными зубными техниками. Производитель не несет ответственности за использование оборудования не по назначению.

#### 3. Технические характеристики

Мощность: -----АС 100-240В 50/60Гц

Напряжение: ----- 100Вт

Обороты: ----- 2,000 – 40,000 об/мин

Модель: ----- Ручная / Модель с педалью

Коннектор: ----- -ISO-E type

#### 4. Упаковочный лист


Микромотор: ----- 1 pc

Контрольная панель:----- 1 pc

Стойка микромотора: ----- 1 pc

Педаля: ----- 1 pc

Руководство: ----- 1 pc



1. Регулятор скорости
2. Кнопка питания
3. Ручной режим / Педаль
4. Кнопка реверса
5. Режим сохранения заданной скорости
6. Дисплей со скоростью
7. Разъем питания
8. Разъем микромотора
9. Доп-ый разъем
10. Разъем для педали
11. АС 110 /220 В транзистор